

**LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS
RYTŲ REGIONO SKYRIUS**

**METROLOGIJOS SRITIES TEISĖS AKTŲ LAIKYMOSI
PATIKRINIMO AKTAS**

2022 m. gegužės 12 d. Nr. PA-4078(R22)

Svėdasai

Patikrinimą atliko:
Rytų regiono vyresnioji specialistė Aurelija Vitkevičienė, +37065971679,
aurelija.vitkeviciene@metrinsp.lt
Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: 2022-05-09, Nr. P-920(R22)
Tikrintas juridinis asmuo: Anykščių socialinės globos namai. Juridinio asmens kodas:
254284780. Adresas: Anykščių rajono sav., Svėdasai, Alaušo g. 4, el.p.
administracija@anyksciusgn.lt. Registruota: Anykščių rajono sav., Svėdasai, Alaušo g. 4.

Anksčiau juridinis / fizinis asmuo tikrintas: nebuvo

Patikrinimas pradėtas: 2022-05-12 13 val. 10 min.

Patikrinimas baigtas: 2022-05-12 14 val. 20 min.

Atliekant patikrinimą dalyvavo:

Daina Mejerienė, Vyresnioji slaugytoja, +37062296266, administracija@anyksciusgn.lt

Patikrinus nustatyta:

Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Anykščių socialinės globos namai (toliau - įstaiga), Alaušo g. 4, Anykščių r. sav., Svėdasai, atlikta Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo laikymosi kontrolė. Patikrinimas atliktas pagal ūkio subjektų, vykdančių veiklą teisinės metrologijos srityje, matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinį klausimyną. Bendrovėje yra sudarytas teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašas. Patikrinimo metu patikrintos matavimo priemonės naudojamos viešojo maitinimo padalinyje bei sveikatos apsaugos srityje.

Patikrinimo metu nustatyta: kraujo spaudimui matuoti naudojami neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai: BPA 2 BASIC Nr. 051808012; BP B3 Comfort PC Nr. 2020-06-2301899. Kūno temperatūrai nustatyti naudojamas infraraudonųjų spindulių termometras Microlife NC200 Nr. 2020-07-17-08941. Temperatūros kontrolei svarbiuose valdymo taškuose naudojami stiklinis termometras TC-7-M1 Nr. 23679. Virtuvėje, termiškai apdorotų produktų temperatūrai kontroliuoti naudojamas 1 skaitmeninis termometras ETI Gourmet Nr. 1283. Informacija apie matavimo priemones nurodyta 1 priede.

Išvados:

Nepažeisti teisinės metrologijos reikalavimai.

Metrologijos srities teisės aktų laikymosi patikrinimo aktas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. Matavimo priemonių patikrinimo rezultatai (patikrinta matavimo priemonių), 1 priedas, 1 lapas(-ai).

Vyresnioji specialistė



(parašas)

Aurelija Vitkevičienė

2.

DALYVAVO TIKRINANT:


Vyresnioji slaugytoja


(parašas)

Daina Mejerienė

Su patikrinimo aktu susipažinau, antrąjį egzempliorių gavau. Įsipareigoju perduoti vadovui (kai pasirašo darbuotojas).

Vyresnioji slaugytoja


(parašas)

Daina Mejerienė

PASTABA. Aktas surašytas dviem egzemplioriais:

1. Lietuvos metrologijos inspekcijai – 1 egz.;
2. Anykščių socialinės globos namai, Alaušo g. 4, Anykščių r. sav., Svėdasai – 1 egz.;

**Matavimo priemonių patikrinimo rezultatai (patikrinta matavimo priemonių
Apykščių socialinės globos namai (Apykščių rajono sav., Svėdasai, Alaušo g. 4)**

Nr.	Matavimo priemonių (surenkamųjų mazgų, modulių) pavadinimai	Matavimo priemonės modelis	Matavimo ribos (arba vardinė vertė), padalos vertė, klasė	Matavimo priemonės gamyklinis/ serijos numeris	Matavimo priemonės numeris registre	Patikros atlikimo data	Teisinį metrologinį patvirtinimą patvirtinančio dokumento numeris patikrą patvirtinantys ženklai	Patikrinimo akto Nr. PA-4078(R22)	Laiko intervalai tarp patikrų (ne rečiau, kaip metai)
1	Kraujospūdzio matuoklis	BPA 2 BASIC		051808012		2022-05-03	VMC-2021-15324 VMC172034	AB "Vilniaus metrologijos centras"	2
2	Neinvazinis automatinis kraujospūdzio matuoklis	BP B3 Comfort PC	20 - 280 mmHg	2020-06-2301899		2021-11-03	VMC-2021-48340 VMC447499	AB "Vilniaus metrologijos centras"	2
3	Skaitmeninis termometras	ETI Gourmet	-40 - 150 °C	1283		2021-04-20	1329530 VMC168260	AB "Vilniaus metrologijos centras"	2
4	Stiklinis termometras	TC-7-M1	-20 - 70 °C °C; I	23679		2022-04-14	1670116 MG293825	UAB "Milgeda"	5
5	Infraraudonųjų spindulių termometras	Microlife NC200	34 - 43 °C	2020-07-17-08941		2022-04-28	1684117 VMC193604	AB "Nordic metrology science"	1

Tikrino:

Vyresnioji specialistė

Dalyvavo tikrinant:

Vyresnioji slaugytoja


(parašas)

Aurelija Vitkevičienė


(parašas)

Daina Mejerienė